

Diário Oficial

30



Teresina(PI) - Segunda-feira, 10 de agosto de 2020 • Nº 148

Vigência	06 (seis meses) podendo ser prorrogado por igual período, conforme data de contratação		
Salário Mensal	R\$ 1.500,00		
Dotação Orçamentária	17.101.10.122.0001.4999 Os recursos financeiros para a despesa decorrente desta contratação correm por conta do Tesouro Estadual.		
Natureza da Despesa	339036		
Fonte de Recursos	100		
Nº	Nome	Cargo	Data de Admissão
001	KLIVIA CLEMENTINO RODRIGUES	Técnico em Radiologia	27 de junho de 2020
002	JOAO PAULO BANDEIRA ARAUJO DA SILVA	Técnico em Radiologia	27 de junho de 2020
003	DANILO HORTENCIO VERAS SILVA	Técnico em Radiologia	27 de junho de 2020
004	DEYDSON DIOGO SANTANA DO NASCIMENTO	Técnico em Radiologia	27 de junho de 2020
005	KARLA VERAS MACHADO	Técnico em Radiologia	27 de junho de 2020
006	WALIKAN RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR	Técnico em Radiologia	27 de junho de 2020
007	MARISA DA SILVA	Técnico em Radiologia	27 de junho de 2020
008	GEOVANI BRITO DA COSTA	Técnico em Radiologia	27 de junho de 2020

Of. 2004

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020 - CPL/SESAPI.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº AA.900.1.006911/20-04.
ID BB Nº 823772.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVES HOSPITALARES HORIZONTAIS, OBJETIVANDO O APARELHAMENTO DE UNIDADES HOSPITALARES, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS.

Pregoeiro: Hermes Nunes Leitão.

Data da Adjudicação: 06/08/2020.

Data da Homologação: 07/08/2020.

Autoridade Superior: FLORENTINO ALVES VERAES NETO - Secretário de Estado da Saúde do Piauí.

Presidente da CPL/SESAPI: Danielle Vidal Martins.

Item	Descrição do Objeto	Und	Quantidade	Empresa Vencedora	Marca / Fabricante	Valor Unitário	Valor Total
1	AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 a 350 litros), Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo 151 litros. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo com gabinete em aço inox escovado ou superior qualidade. Comando microprocessado programável com no mínimo 9 programas, com display touch screen, manômetro e manovacômetro destinados a indicar a pressão existente nas câmaras interna e externa, chave geral e botão de emergência. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L ou superior com isolação térmica, a câmara interna deve	Unid	19	ORTOSINTSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	ORTOSINTSE	R\$ 119.947,00	R\$ 2.278.993,00

possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir duas portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical/guilhotina automática com sistema de segurança antiesmagamento. Sistema hidráulico - tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente; conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor devem ser em aço inoxidável ou outro material compatível; possuir bomba de vácuo e bomba centrifuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 carros externos para acomodação dos materiais, 01 carro interno para acomodação dos materiais, 01 sistema de purificador de água por osmose (compatível com a capacidade da autoclave), 1 impressora. Alimentação elétrica 380V. A empresa deverá possuir Representação com serviço de manutenção (autorizado pelo fabricante e indicado por ela em documento timbrado) no estado do Piauí. A empresa será responsável pelo treinamento e instalação do equipamento no local/cidade onde será utilizado.

Cota Principal (Ampla Participação).

AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 a 350 litros), Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo 151 litros. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo com gabinete em aço inox escovado ou superior qualidade. Comando microprocessado programável com no mínimo 9 programas, com display touch screen, manômetro e manovacômetro destinados a indicar a pressão existente nas câmaras interna e externa, chave geral e botão de emergência.

2

FRACASSADO

Diário Oficial



Teresina(PI) - Segunda-feira, 10 de agosto de 2020 • N° 148

31

3	<p>Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L ou superior com isolação térmica, a câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir duas portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical/guilhotina automática com sistema de segurança antiesmagamento. Sistema hidráulico - tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente; conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor devem ser em aço inoxidável ou outro material compatível; possuir bomba de vácuo e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 carros externos para acomodação dos materiais, 01 carro interno para acomodação dos materiais, 01 sistema de purificador de água por osmose (compatível com a capacidade da autoclave), 1 impressora. Alimentação elétrica 380V. A empresa deverá possuir Representação com serviço de manutenção (autorizado pelo fabricante e indicado por ela em documento timbrado) no estado do Piauí. A empresa será responsável pelo treinamento e instalação do equipamento no local/cidade onde será utilizado.</p> <p>Cota Reservada para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº 16.212/2015.</p>			<p>Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolação térmica, a câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir duas portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical/guilhotina com sistema de segurança antiesmagamento. Sistema hidráulico com tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente; conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor devem ser em aço inoxidável ou outro material compatível; possuir bomba de vácuo e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. Deve conter caixa de comando para proteção de sobrecarga. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 carros externos para acomodação dos materiais, 01 carro interno para acomodação dos materiais, 01 sistema de purificador de água por osmose (compatível com a capacidade da autoclave), 1 impressora.</p> <p>Cota Principal (Ampla Participação).</p>				
	<p>AUTOCLOVE HOSPITALAR HORIZONTAL: Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de 500 litros. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado programável com no mínimo 9 programas, com tela touch screen, manômetro e manovacômetro para acompanhamento da pressão nas câmaras. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolação térmica, a câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir duas</p>	4	<p>AUTOCLOVE HOSPITALAR HORIZONTAL: Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de 500 litros. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado programável com no mínimo 9 programas, com tela touch screen, manômetro e manovacômetro para acompanhamento da pressão nas câmaras. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolação térmica, a câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir duas</p>	01	FRACASSADO			

Diário Oficial

32



Teresina(PI) - Segunda-feira, 10 de agosto de 2020 • Nº 148

portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical/guihotina com sistema de segurança antiesmagamento. Sistema hidráulico com tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anti-corroso e resistente; conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor devem ser em aço inoxidável ou outro material compatível; possuir bomba de vácuo e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, desculpo do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. Deve conter caixa de comando para proteção de sobrecarga. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 carros externos para acomodação dos materiais; 01 carro interno para acomodação dos materiais, 01 sistema de purificador de água por osmose (compatível com a capacidade da autoclave), 1 impressora. Cota Reservada para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual nº 16.212/2015.		
---	--	--

IDENTIFICAÇÃO E CONTATOS DA EMPRESA VENCEDORA:

RAZÃO SOCIAL	ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
CNPJ:	48.240.709/0001-90.
INSCRIÇÃO ESTADUAL	110.367.370.110
ENDEREÇO:	Rua Profº Affonso José Fioravanti, 63 - City Empr. Jaraguá, CEP: 02.998-010, São Paulo-SP.
CONTATOS:	(11) 3948-4000 / (11) 3737-9000, e-mail: vendas.equipamentos@ortosintese.com.br

Teresina-PI, 07 de agosto de 2020.

Florentino Alves Veras Neto
Secretário de Estado da Saúde - SESAPI

Of. 368

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

AVISO DE LICITAÇÃO.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2020 - CPL/SESAPI.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° AA.900.1.024756/18-47.
OBJETO: “AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE (APARELHOS DE ANESTESIA)”.
TIPO: Menor Preço. DATA E HORÁRIO: INÍCIO PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 13/08/2020 às 13h00min; LIMITE DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 25/08/2020 às 9h00min; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 25/08/2020 às 9h00min; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 26/08/2020 às 9h00min; LOCAL: licitações-e do Banco do Brasil. INFORMAÇÕES: Av. Pedro Freitas s/nº, Centro administrativo, Bloco. “A”, 1º andar, CEP 64.018-900. Teresina-PI, Comissão Permanente de Licitação – SESAPI, e-mail: cplsaude@sauda.pi.gov.br.

Maria das Graças Rufino
 Pregoeira - CPL//SESAPI

Visto:

Florentino Alves Veras Neto
 Secretário de Estado da Saúde

Of. 366

Hospital Estadual Gerson Castelo Branco

Termo de Homologação de Processo Licitatório

Pregão Eletrônico N° 0009/2020

A Autoridade Competente da(o) Hospital Estadual Gerson Castelo Branco , sr.(a) Renata Fenelon Ferreira, no uso das atribuições legais, conforme a legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02), após constatar a legitimidade dos atos procedimentos e correção jurídica das fases internas e externas do procedimento, resolve HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico n° 0009/2020 novo, cujo objeto trata da aquisição de material e expediente, limpeza, copa e cozinha para a atender às necessidades do HEGCB.

RESULTADO:

Lote 1: DESINFETANTE CONCENTRADO A BASE DE QUARTENARIO DE AMONIA USO GERAL HOSPITALAR 5 LITROS.

Participação Licitante - Ampla participação

Empresa: Brandão e Brandão Ltda.

CNPJ: 10.992.212/0001-56.

Valor Global: 10.500,00.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
DEINFETANTE CONCENTRADO A BASE DE QUARTENARIO DE AMONIA USO GERAL HOSPITALAR 5 LITROS	becker	42,00	250,00

Lote 2: DETERGENTE ALCALINO CLORADO, CONCENTRADO EM GEL, COM DESENGORDURANTE US ALTO PODER SANITIZANTE E.

Participação Licitante - Ampla participação

Empresa: ALMEIDAREP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 02.488.226/0001-09.

Valor Global: 16.497,50.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
DETERGENTE ALCALINO CLORADO, CONCENTRADO EM GEL, COM ALTO PODER SANITIZANTE E DESENGORDURANTE US	GOLD	65,990	250,00

Lote 3: DETERGENTE DESINCROSTANTE ÁCIDO - 5 LITROS.

Participação Licitante - Ampla participação

Empresa: ALMEIDAREP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 02.488.226/0001-09.

Valor Global: 13.598,00.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
DETERGENTE DESINCROSTANTE ÁCIDO - 5 LITROS	UP'DECRUST	67,99	200,00

Lote 4: ODORIZADOR DE AMBIENTE FRAGRÂNCIA SUAVE USO HOSPITALAR 5 LITROS.

Participação Licitante - Ampla participação

Empresa: AMPLIAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ALIMENTOS EIRELL

CNPJ: 31.203.675/0001-61.

Valor Global: 2.884,00.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
ODORIZADOR DE AMBIENTE FRAGRÂNCIA SUAVE USO HOSPITALAR 5 LITROS	renko	14,42	200,00

Lote 5: DESINFETANTE EFICAZ EM BACTERIAS GRAN POSITIVAS E MICROORGANISMOS, GRAN NEGATIVO 5 LITROS.

Participação Licitante - Ampla participação

Empresa: Brandão e Brandão Ltda.

CNPJ: 10.992.212/0001-56.

Valor Global: 8.750,00.